



Raport serwisowy

Akredytowane Centrum Serwisowe
DIGIMES
ul. Wilgi 36C
04-831 Warszawa

Tel: +48 22 615 94 57
Fax: +48 22 615 94 58
mob. +48 601 24 26 12

email digimes@digimes.pl

Urządzenie: Stabilock 4015
Numer ser. 0XXX XXX
Klient: xxxxxxxxxxxx

Stan po przyjęciu:

- Uszkodzony
- Poza specyfikacją
- Zgodny z specyfikacją

Wykonane czynności serwisowe:

- Top Calibration Service
- Rozpoznanie
- Konserwacja (czyszczenie)
- Naprawa
- Update
- Test funkcjonalny
- Adjustacja
- Kalibracja (weryfikacja)
- Sprawdzenie uziemienia
- Certyfikat kalibracji
- Raport kalibracyjny

Uwagi:

Tester sprawny – wykonano

- update firmware do 1.60
- wymiana płyty PC
- gniazda BNC + bezpieczniki PP
- rewizja modułów RF i AF (wymiana SMD elektr)
- naprawa modułu DUPLEX oraz SYNTH
- czyszczenie klawiatury oraz renowacja testera
- oraz w/w czynności serwisowo-kalibracyjne i konserwacyjne

Data xx.xx.xxxx

Sporządził : Robert Kościeszka